

KALIBRIERZERTIFIKAT

TSI-MASSENDURCHFLUSSMESSER

Consulting
and Equipment
for Cleanroom
Technology

KUNDE: Cleanroom Technology

PROJEKT-NR.: 042-2026

GERÄT: Volumenstrommesser

SERIENNUMMER: 10-023

Zusammenfassung Status

- ☐ wie vorgefunden ☒ innerhalb Toleranz
☒ wie hinterlassen ☐ außerhalb Toleranz

Umgebungsbedingungen

Druck	99.5 kPa
Temperatur	21 °C

Air Flow

Toleranz: ± 1 SLPM*

Referenz (SLPM)	Messung (SLPM)	Zulässig min.	Bereich max.
0	0	0	1
2	2	1	3
6	6	5	7
15	15	14	16
30	29	29	31
45	45	45	45
60	60	59	61
80	80	79	81
100	99	99	101
125	125	124	126
160	160	159	161
200	199	199	201
BESTANDEN			

* angegebene Toleranz: der jeweils höhere Wert

Temperatur

Toleranz: ± 1 °C

Referenz °C	Messung °C	Zulässig min. °C	Bereich max. °C
21	20	20	22
BESTANDEN			

Feuchte

Toleranz: ± 1 %

Referenz %	Messung %	Zulässig min. %	Bereich max. %
38	38	37	39
BESTANDEN			

Interne Kalibrierungsreferenzwerte

Messart	Referenz (Modell)	Referenz (Seriennummer)	Nächste Kalibrierung
Durchflussmesser	4043	SN 40431408001	07-2026
Feuchte-Hygrosonde	SHR 300	SN 4PI70318620	08-2026
Temperatur-Hygrosonde	SHR 300	SN 4PI70318620	08-2026

01.04.2026 / Koch
Datum / Prüfer



Contamination Control Instruments
CCI vK GmbH & Co. KG
www.cci-vk.de



CCI vK GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 32 | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | Germany
phone +49 721 667393-30 | info@cci-vk.de | www.cci-vk.de